แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ – ค่าจ้างสลายนิ่ว จำนวน ๑ งาน

๒. (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๔,๙๗๕,๑๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ราคารายละ ๔,๓๐๐.- บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ วรรคสิบเอ็ด (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

- ราคาที่เคยจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในราคารายละ ๔,๓๐๐.-บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายกฤษณะ อักษรนิตย์ นายแพทย์ชำนาญการ

๖.๒ นางสุรัตน์ จโนภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๖.๓ นายโสภณ กองสุก นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)

จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ - ค่าจ้างสลายนิ่ว จำนวน ๑ งาน

๑. ความเป็นมา

ตามแผนเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (ฉบับปรับปรุง ณ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) รายการค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ – ค่าจ้างสลายนิ่ว จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ทำการรักษาและสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Calcuil) โดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยคลื่นกระแทกของพลัง Shock wave จากภายนอกร่างกาย โดยใช้ระบบเอ็กซเรย์ และระบบอัลตราซาวด์ในการค้นหานิ่ว

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

๔. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๔.๑ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ อักษรนิตย์) (นางสุรัตน์ จโนภาส) (นายโสภณ กองสุก)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

๔.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและค่าแรง

(๓) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

งานจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง จำนวน ๑ คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องสลายนิ่วเป็นอย่างดี และผู้รับจ้างต้องนำเครื่องสลายนิ่วที่เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำการรักษาและสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Calcuil) โดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยคลื่นกระแทกของพลัง Shock wave จากภายนอกร่างกาย โดยใช้ระบบเอ็กซเรย์ และระบบอัลตราซาวด์ในการค้นหานิ่ว ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสลายนิ่วที่ทางโรงพยาบาลฯ กำหนดมาให้บริการ

๕.๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๕.๒.๑ ส่วนกำเนิดคลื่นช็อคเป็นแบบอีเล็กโตรแมกเนติกช็อคเวฟอีมิตเตอร์ (EMSE) โดยใช้พลังงานคลื่นช็อคในการสลายนิ่ว โดยที่พลังงานของคลื่นช็อคเดินทางผ่านทางเบาะน้ำ (Water Cushion) และตัวผู้ป่วยไปยังนิ่วโดยไม่ต้องผ่าตัด

๕.๒.๒ ส่วนค้นหาตำแหน่งนิ่ว (Locating System) มีทั้งระบบ Fluoroscopy และระบบอัลตราซาวด์ในการตรวจหาตำแหน่งนิ่วและติดตามผลการสลายนิ่วได้ตลอดเวลา การค้นหานิ่วสามารถใช้ระบบใดระบบหนึ่งในการค้นหานิ่วก็ได้ และในขณะที่ใช้ระบบใดระบบหนึ่งไม่จำเป็นต้องถอดอีกระบบออกก่อน

๕.๒.๓ ส่วนสลายนิ่วและส่วนค้นหาตำแหน่งนิ่วยึดติดอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน

๕.๒.๔ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ อักษรนิตย์) (นางสุรัตน์ จโนภาส) (นายโสภณ กองสุก)

๕.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค

๕.๓.๑ ส่วนสลายนิ่ว (Therapy Unit) ประกอบด้วย และสามารถทำงานได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๕.๓.๑.๑ หัวยิง (Therapy unit) เป็นแบบ Electromagnetic Shockwave emission หัวยิงสามารถปรับตำแหน่งการยิงได้ทั้ง ยิงจากด้านข้าง, ด้านบน และด้านล่างของเตียงโดยใช้มอเตอร์ในการปรับตำแหน่งของหัวยิง

๕.๓.๑.๒ ระยะโฟกัสจากหัวยิงถึงจุดยิงมีระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร

๕.๓.๑.๓ ระดับพลังงานคลื่นช็อคสามารถปรับ เพิ่ม–ลด ได้ตลอดเวลาที่ยิง

๕.๓.๑.๔ รูปแบบความถี่การยิงเลือกได้ ตั้งความถี่การยิงแบบคงที่ หรือตั้งตามสัญญาณ ECG

๕.๓.๑.๕ สามารถยิงนิ่วได้ตลอดเวลาในขณะใช้ Fluoroscopy หรืออัลตร้าซาวด์โดยไม่ต้องหยุด

๕.๓.๑.๖ เบาะน้ำ (Water Cushion) สามารถปรับระดับแรงดันภายใน เพื่อให้เหมาะสมกันน้ำหนักและขนาดของคนไข้

๕.๓.๑.๗ เครื่องสลายนิ่ว สามารถเคลื่อนย้ายจากห้องหนึ่งไปติดตั้งอีกห้องหนึ่งได้ง่าย โดยมีล้อและเบรกประกอบมาพร้อมกับเครื่อง

๕.๓.๒ ระบบค้นหานิ่วด้วยเอกซเรย์ (Fluoroscopy) มีส่วนประกอบและสามารถทำงานได้ดังต่อไปนี้

๕.๓.๒.๑ มี ซี-อาร์ม (C-arm) ยึดติดกับโครงสร้างเดียวกับหัวยิงนิ่ว เพื่อความแม่นยำในการยิงนิ่ว

๕.๓.๒.๒ ซี-อาร์ม เคลื่อนที่ได้ ๓ แกน โดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนในแต่ละแกน

๕.๓.๒.๓ ตัว ซี-อาร์ม สามารถปรับเอียงได้ -๓๐ องศา หรือน้อยกว่า ถึง +๓๐ องศา หรือมากกว่า และในขณะที่ ซี-อาร์มเคลื่อนที่ผู้ใช้สามารถดูภาพ Fluoroscopy ที่จอมอนิเตอร์ได้ต่อเนื่องตลอดเวลา

๕.๓.๒.๔ เครื่องเอกซเรย์เป็นแบบ High Frequency X-ray Generator

๕.๓.๒.๕ เส้นผ่าศูนย์กลาง Image Intensifier ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ นิ้วหรือดีกว่า

๕.๓.๒.๖ มีจอดูภาพเอ็กซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จอ

๕.๓.๒.๗ มีศูนย์เล็ง แสดงจุดโฟกัสของพลังงานคลื่นแสดงที่จอภาพ Fluoroscopy ตลอดเวลา

๕.๓.๒.๘ มีอุปกรณ์ตรวจสอบว่าศูนย์ ที่ระบบสร้างนั้น แม่นยำถูกต้องหรือไม่ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้เอง

๕.๓.๒.๙ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนย้ายได้ง่าย โดยมีล้อและเบรกประกอบมาพร้อมกับเครื่อง

๕.๓.๓ ระบบค้นหานิ่วด้วยอัลตราซาวด์ (Integrated Ultrasound Locating System) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๕.๓.๓.๑ เครื่องอัลตราซาวด์ชนิดเคลื่อนที่ได้ง่ายและสามารถใช้ในงานตรวจวินิจฉัยได้

๕.๓.๓.๒ แป้นพิมพ์เป็นระบบ International Alphanumeric Keyboard Character Sets

๕.๓.๓.๓ จอภาพเป็น LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว สามารถปรับจอขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา, ปรับระดับความสูงได้

๕.๓.๓.๔ หัวอัลตราซาวด์ ๑ หัว มีระยะความถี่ระหว่าง ๓-๖ MHz

๕.๓.๓.๕ ยึดติดกับโครงสร้างหัวยิง ด้วยอุปกรณ์จับยึด หรือสามารถถอดออกเพื่อใช้งานอย่างอื่นได้

๕.๓.๓.๖ อุปกรณ์จับยึดหัวอัลตราซาวด์ มีรายละเอียดดังนี้

- สามารถปรับมุม ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ อักษรนิตย์) (นางสุรัตน์ จโนภาส) (นายโสภณ กองสุก)

- มีเครื่องสร้างศูนย์เล็งในจออัลตราซาวด์ แสดงจุดโฟกัสของคลื่นช็อก โดยปรากฏตลอดเวลา และมีความแม่นยำไม่ว่าจะปรับอยู่ในมุมใดๆ

๕.๓.๓.๗ มีอุปกรณ์ตรวจสอบว่าศูนย์เล็งที่ระบบสร้างนั้น ถูกต้องหรือไม่โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้เอง

๕.๓.๓.๘ เครื่องอัลตราซาวด์เป็นระบบ Fully Digital Scan Converter

๕.๓.๓.๙ มีระดับขั้นของการแสดงภาพ (GrayScale หรือ Gray Level) ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ระดับหรือดีกว่า

๕.๓.๓.๑๐ สามารถแสดงชื่อผู้ป่วย, เลขประจำตัว, ชื่อโรงพยาบาล, วันที่ทำการตรวจ, หัวตรวจที่กำลังใช้งานอยู่ และรูปแบบที่ทำการตรวจ

๕.๓.๓.๑๑ มีระบบขยายภาพแบบ Freeze Zoom และ Live Zoom (Post Zoom)

๕.๓.๓.๑๒ มีสัญลักษณ์บอกลักษณะการทำงาน (Body Mark)

๕.๓.๓.๑๓ มีอัตราการเคลื่อนไหวของภาพ (Frame Rate) มากกว่า ๖๐๐ Hz โดยเครื่องสามารถปรับได้เองทั้งแบบอัตโนมัติและปรับแบบ Manual ได้

๕.๓.๓.๑๔ มีปุ่มชดเชยการปรับค่าความสว่างของภาพ

๕.๓.๓.๑๕ คำนวณและการวัดค่าของระบบ Urology ได้

๕.๓.๓.๑๖ สามารถแสดงภาพ B-Mode ย้อนหลังได้

๕.๓.๓.๑๗ สามารถแสดงภาพย้อนหลังแบบต่อเนื่อง หรือเลือกดูทีละภาพได้

๕.๓.๓.๑๘ สามารถใช้กับหัวอัลตร้าซาวด์ Rectal Probe ซึ่งมีอยู่ในโรงพยาบาลได้

๕.๓.๔ เตียงผู้ป่วยสำหรับสลายนิ่วโดยเฉพาะ

๕.๓.๔.๑ มีล้อสามารถเข็นเคลื่อนที่ได้ง่าย มีเบรกล็อคล้อได้

๕.๓.๔.๒ ทำด้วยวัสดุอย่างดี ตัวโครงทำด้วยโลหะแข็งแรงทนทานและมีเบาะหุ้ม

๕.๓.๔.๓ สามารถใช้ฟลูออโรสโคปีเพื่อหานิ่วได้

๕.๓.๔.๔ ขนาด

- ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๔ เซนติเมตร หรือดีกว่า
- ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๖ เซนติเมตร หรือดีกว่า

๕.๓.๔.๕ สามารถรองรับน้ำหนักของผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม (kg)

๕.๓.๕ อุปกรณ์ควบคุมการสลายนิ่ว

๕.๓.๕.๑ เป็นแบบมือถือ สามารถถือเคลื่อนย้ายขณะทำงานได้

๕.๓.๕.๒ สามารถควบคุม และแสดงจำนวนนัดการยิงนิ่ว

๕.๓.๕.๓ ใช้ควบคุมการปรับตำแหน่งของหัวยิงนิ่ว

๕.๓.๕.๔ ใช้ควบคุมการปรับตำแหน่งของ ซี-อาร์ม

๕.๓.๕.๕ ใช้ควบคุม และแสดงระดับแรงดันน้ำในเบาะน้ำ

๕.๓.๖ ชุดกระตุ้นการยิงด้วยเครื่อง ECG (ECG Triggering unit) ประกอบด้วย

๕.๓.๖.๑ เครื่อง ECG

๕.๓.๖.๒ เครื่องกำเนิดสัญญาณกระตุ้นการสลายนิ่ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ อักษรนิตย์) (นางสุรีตน์ จโนภาส) (นายโสภณ กองสุก)

๕.๔ อุปกรณ์เพิ่มเติมประกอบการใช้งานดังนี้

๕.๔.๑ เสื้อตะกั่วพร้อม Thyroid Shield	อย่างละ ๓ ชุด
๕.๔.๒ ฉากตะกั่ว	จำนวน ๑ ชุด
๕.๔.๓ เครื่องวัดคลื่นหัวใจ (ECG Monitor) และ BP Monitor พร้อมขาตั้ง	จำนวน ๒ ชุด
๕.๔.๔ อุปกรณ์ป้องกันเสียง	จำนวน ๓ ชุด
๕.๔.๕ สายรัดผู้ป่วย	จำนวน ๓ ชุด

๕.๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๕.๑ เครื่องมือที่นำมาเสนอให้บริการเป็นเครื่องมือผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน โดยมีเอกสารยืนยันการผลิตมาแสดงในวันยื่นซอง เสนอราคาทางเทคนิค

๕.๕.๒ มีเอกสารการนำเข้าเครื่องมือรุ่นที่นำเสนอบริการ และมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข โดยเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ มาแสดงในวันยื่นซอง เสนอราคาทางเทคนิค

๕.๕.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งาน ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐาน EN หรือ CE หรือ TUV โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง เสนอราคาทางเทคนิค

๕.๕.๔ ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาทางเทคนิค

๕.๕.๕ เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องของผู้รับจ้าง ต้องผ่านการอบรมการใช้งานเครื่องสลายนิ่วรุ่นที่นำเสนอให้บริการ โดยมีเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาทางเทคนิค

๕.๕.๖ ผู้รับจ้างต้องทำการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ (Revision Upgrade) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากเครื่องมือรุ่นที่ใช้งานมีการพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นภายในระยะสัญญา

๕.๕.๗ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถใช้งานได้ดีในวันส่งมอบ

๕.๕.๘ หากเครื่องมือชำรุด ขัดข้อง ทางผู้รับจ้างต้องส่งช่างหรือวิศวกร มาทำการแก้ไขภายใน ๔๘ ชั่วโมง และมีเครื่องสำรองให้ใช้กรณีที่ผู้รับจ้างซ่อมเครื่องไม่แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง

๕.๕.๙ คุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกของเครื่องสลายนิ่วที่นำมาติดตั้ง ต้องมีคุณสมบัติมาตรฐานและครบถ้วนตามรุ่นที่เสนอมา โดยไม่มีการดัดแปลงต่อเติมจากที่กำหนดในต่างประเทศ

๕.๕.๑๐ ในระยะสัญญา ผู้รับจ้างต้องตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องมือที่นำเสนอให้บริการ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต และสอบเทียบค่าเครื่องมืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง ในวันส่งมอบงานตามสัญญา (เอกสารรับรองการตรวจเช็คบำรุงรักษาและสอบเทียบค่าเครื่องมือครั้งแรกแสดงในวันส่งมอบงานตามสัญญา)

๕.๕.๑๑ ผู้รับจ้างรับรองว่ามีอะไหล่ขายในราคาท้องตลาดหรือให้บริการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๕.๕.๑๒ กำหนดส่งของและติดตั้งแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ อักษรนิตย์) (นางสุรัตน์ จโนภาส) (นายโสภณ กองสุก)

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจะต้องทำสัญญาจ้างกับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับคิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๒ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. วงเงินในการจัดหา

เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกฤษณะ อักษรนิตย์)
นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุรัตน์ จโนภาส)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ กองสุก)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน