ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงนอนชนิด ๓ ไก (พร้อมที่นอนและหมอน) จำนวน ๒๔ เตียง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวพรพนา อินทรสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวรักชนก ชูเขียน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายชาญชัย ยอดดี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงนอนชนิด ๓ ไก (พร้อมที่นอนและหมอน) จำนวน ๒๔ เตียง
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

.....

๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความจำเป็นต้องซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงนอนชนิด ๓ ไก (พร้อมที่นอนและหมอน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๒. วัตถุประสงค์

เป็นเตียงนอนผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ ที่สามารถปรับท่านั่ง ปรับท่างอเข่า และปรับระดับความสูง - ต่ำของเตียง พร้อมแบตเตอรี่สำรองใช้ในกรณีไฟฟ้าดับหรือในขณะเคลื่อนย้าย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรพนา อินทรสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรักชนก ชูเขียน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญชัย ยอดดี)

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปีต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒.๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องระบุต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีผลใช้บังคับ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรพนา อินทรสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรักชนก ชูเขียน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญชัย ยอดดี)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป มีอย่างน้อยดังนี้

๔.๑.๑ พื้นเตียง ๔ ตอนมีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๐ x ยาว ๒๐๐ เซนติเมตร ทำด้วยแผ่นเหล็กเจาะรูระบายอากาศ

๔.๑.๒ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม โดยมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคาทางเทคนิค

๔.๑.๓ สามารถควบคุมการปรับท่าต่างๆ ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ โดยมีอุปกรณ์ควบคุม ดังนี้

๔.๑.๓.๑ อุปกรณ์ควบคุมข้างเตียง (รีโมทแบบมีสาย) หน้าปัดมีสัญลักษณ์กำกับการใช้งาน ในกรณีรีโมทข้างเตียงไม่ทำงานยังสามารถปรับเตียงได้ด้วยแผงควบคุมท้ายเตียง (Nurse Controller)

๔.๑.๓.๒ แผงควบคุมท้ายเตียง (Nurse Controller) แบบฝังไม่มีส่วนใดยื่นออกมานอกตัวเตียง มีสัญลักษณ์กำกับการใช้งาน พร้อมปุ่มล็อคการทำงานที่แผงควบคุม ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ผู้ป่วยปรับเตียงเอง โดยผู้ดูแลยังสามารถปรับเตียงจากแผงควบคุมท้ายเตียงได้ตามปกติ และมีฟังค์ชั่นสำหรับทำ CPR

๔.๑.๔ ในกรณีไฟฟ้าดับสามารถปรับระดับเตียงได้ด้วยแบตเตอรี่สำรอง

๔.๑.๕ สามารถปรับเตียงได้ด้วยมือหมุน (Manual)

๔.๑.๖ ใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค มีอย่างน้อยดังนี้

๔.๒.๑ คานเตียงบนทำด้วยท่อเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ x ๔๘ มิลลิเมตร หนา ๑.๒ มิลลิเมตร

๔.๒.๒ คานเตียงล่างทำด้วยท่อเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๖๐ มิลลิเมตร หนา ๑.๒ มิลลิเมตร

๔.๒.๓ พื้นเตียงด้านศีรษะมีท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๒ มิลลิเมตร ความหนาหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ดัดเป็นรูปตัว U ๑ ชิ้น และด้านปลายเท้ามีท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙ มิลลิเมตร ความหนาหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ดัดเป็นรูปตัว U ๑ ชิ้น เพื่อความแข็งแรงในการรองรับน้ำหนักผู้ป่วย

๔.๒.๔ พื้นเตียงแบ่งเป็น ๔ ตอน มีรูระบายความอับชื้น และพับขึ้นรูปทั้ง ๔ ตอน ทำด้วยเหล็กแผ่นความหนา ไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร พื้นเตียงทั้ง ๔ ตอนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๘๐ เซนติเมตร, ๙๐ x ๑๕ เซนติเมตร, ๙๐ x ๓๕.๕ เซนติเมตร และ ๙๐ x ๖๐ เซนติเมตร

๔.๒.๕ ตัวค้ำพื้นเตียงด้านปลายเท้าใช้เพลากลมขนาดไม่น้อยกว่า ๙ มิลลิเมตร เป็นตัวค้ำส่วนตัวรับใช้แผ่นเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มิลลิเมตร โดยมีขั้นรับไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ เพื่อรับพื้นส่วนปลายเตียง

๔.๒.๖ คานเตียงล่างทั้ง ๔ มุม เชื่อมติดกับท่อเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๔๕ มิลลิเมตร เพื่อเป็นจุดสวมล้อยาง

๔.๒.๗ พ่นสีฝุ่น (powder coating) ทั้งเตียง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรพนา อินทรสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรักชนก ชูเขียน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญชัย ยอดดี)

๔.๒.๘ พนักหัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ x ๙๑ เซนติเมตร และท้ายเตียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ x ๙๑ เซนติเมตร โดยพนักหัว-ท้ายเตียง ทำด้วยวัสดุ ABS ฉีดขึ้นรูปทั้งชิ้น แข็งแรง สวยงาม มีช่องสำหรับจับเข็นเคลื่อนย้ายเตียงได้ ตัวพนักสามารถยกออกจากตัวเตียงได้โดยง่ายโดยไม่ใช้เครื่องมือ เพื่อความสะดวกต่อการพยาบาลคนไข้

๔.๒.๙ เตียงสามารถปรับท่าต่างๆ ได้ดังนี้

๔.๒.๙.๑ ปรับระดับต่ำสุดสูงจากพื้นไม่เกิน ๔๘ เซนติเมตร และปรับระดับสูงสุดสูงจากพื้นได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร (ไม่รวมที่นอน)

๔.๒.๙.๒ ปรับท่านั่งได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา

๔.๒.๙.๓ ปรับท่างอเข่าได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ องศา

๔.๒.๙.๔ ปรับหลังและขาได้พร้อมกัน โดยมีปุ่มปรับที่รีโมท

๔.๒.๑๐ ราวกั้นเตียงแบบปีกนก จำนวน ๔ ชิ้น ด้านลำตัวขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘ x ๑๐๓ เซนติเมตร ด้านปลายเท้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘ x ๘๕ เซนติเมตร โดยทั้งด้านลำตัวและด้านปลายเท้า ทำด้วยวัสดุ ABS ฉีดขึ้นรูปทั้งชิ้น แข็งแรง สวยงาม มีช่อง สำหรับจับ สามารถปลดลงข้างเตียงได้เพื่อให้ผู้ป่วยขึ้นและลงได้สะดวก มีโช้คช่วยชะลอให้ราวกั้นเตียงลงได้อย่างนุ่มนวล และมีองศาบอกระดับความลาดเอียงของเตียง ทั้ง ๔ ชิ้น

๔.๒.๑๑ มีที่เสียบเสาแขวนขวดน้ำเกลือที่ ๔ มุมของเตียง

๔.๒.๑๒ มียางกันชน ๒ มุมด้านหัวเตียง ป้องกันไม่ให้เตียงชนผนังห้อง

๔.๒.๑๓ ใส่ล้อยางหมุนได้รอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ล้อ ล๊อก ๔ ล้อ ด้วยระบบเซ็นทรัลล๊อค ยางทำด้วยวัสดุสังเคราะห์สีเทา TPR กระทะล้อทำด้วยพลาสติก PU ไม่เกิดสนิม

๔.๒.๑๔ มีที่เก็บเสาน้ำเกลือด้านใต้เตียงเมื่อไม่ใช้งาน

๔.๒.๑๕ มีขอ จำนวน ๒ ขอ สำหรับแขวนถุง Drain ติดอยู่ข้างเตียงทั้ง ๒ ข้าง โดยติดตั้งไม่ต่ำกว่าขอบด้านล่างของคานเตียง

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบเตียง มีอย่างน้อยดังนี้

๔.๓.๑ ที่นอน PU พร้อมมีซิปสามารถถอดเปลี่ยนปลอกหุ้มได้ ขนาดพอดีกับพื้นเตียง แบบ ๑ ตอน สามารถป้องกันของเหลวไหลซึมระหว่างรอยต่อของที่นอน ความหนาไม่น้อยกว่า ๙.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ หลัง

๔.๓.๒ มีเสาน้ำเกลือแบบ ๒ ขอ ปรับสูง-ต่ำได้ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม จำนวน ๑ ต้น

๔.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๔.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า

๔.๔.๒ เป็นสินค้าใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน

๔.๔.๓ ผู้ขายต้องอธิบายการใช้งานสินค้าให้แก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ดีในวันส่งมอบสินค้า

๔.๔.๔ มีสติ๊กเกอร์บ่งบอกวันเดือนปีส่งมอบสินค้าจนถึงวันสิ้นสุดรับประกันสินค้าติดที่ตัวสินค้า

๔.๔.๕ มีคู่มือการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น (Quick Guide) ติดหรือแขวนไว้บริเวณตัวสินค้า

๔.๔.๖ มีป้ายหรือคู่มือแสดงวิธีการตรวจสอบก่อนการใช้งานประจำวันสำหรับผู้ใช้ติดหรือแขวนไว้บริเวณตัวสินค้า

๔.๔.๗ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาสำหรับผู้ใช้ (ต้นฉบับ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรพนา อินทรสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรักชนก ชูเขียน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญชัย ยอดดี)

๔.๔.๘ การพิจารณาผลิตภัณฑ์

๔.๔.๘.๑ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ สินค้าต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐาน EN หรือ CE หรือ TUV และต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมมีเอกสารการนำเข้าและจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และเอกสารดังกล่าวจะต้องยังไม่หมดอายุ มาแสดงในวันยื่นเอกสารทางเทคนิค

๔.๔.๘.๒ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO๑๓๔๘๕ และกรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕ จากโรงงานผู้ผลิต และมีหนังสือการแต่งตั้งการเป็นผู้จำหน่าย มาแสดงในวันยื่นเอกสารทางเทคนิค

๔.๔.๙ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า ๗ ปี มาแสดงในวันยื่นเอกสารทางเทคนิค

๔.๔.๑๐ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นเอกสารทางเทคนิค

๔.๔.๑๑ ผู้ขายจะต้องทำเครื่องหมายหัวข้อและดรรชนีลงในแคตตาล็อกให้ตรงกับหัวข้อกำหนดของโรงพยาบาล

๔.๔.๑๒ มีหมายเลขโทรศัพท์เพื่อปรึกษาหรือแจ้งซ่อมที่สามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ติดไว้บริเวณเครื่องที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

๔.๔.๑๓ กรณีสินค้ามีปัญหาในระยะประกัน เมื่อทางโรงพยาบาลแจ้งไป ผู้ขายจะต้องติดต่อกลับมาภายใน ๒๔ ชั่วโมง และจัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจเช็คแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๓ วัน หากซ่อมแซมแล้วใช้ไม่ได้ภายใน ๗ วัน ผู้ขายต้องนำสินค้าที่มีคุณสมบัติดีกว่าหรือเทียบเท่ามาติดตั้งให้ทางโรงพยาบาลใช้งานจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จ และหากผู้ขายได้ทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายต้องนำสินค้าใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่มีเงื่อนไข

๔.๔.๑๔ ผู้ขายต้องติดตั้งสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมอธิบายการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดีในวันส่งมอบ

๔.๔.๑๕ ผู้ขายต้องตรวจเช็คบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง ภายในระยะประกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และส่งแผนการปฏิบัติในวันทำสัญญาและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด โดยก่อนเข้าปฏิบัติงาน ผู้ขายต้องแจ้งให้โรงพยาบาลฯ ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันทำการ และเมื่อทำการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ผู้ขายต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อโรงพยาบาลฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ วันทำการ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รวม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรพนา อินทรสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรักชนก ชูเชียน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญชัย ยอดดี)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วงเงิน ๑,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘. การจ่ายเงิน

ผู้ขายจะตกลงที่จะจ่ายเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งของครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรพนา อินทรสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรักชนก ชูเขียน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญชัย ยอดดี)