

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออโธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

(๓) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

(๔) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

(๕) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด

(๖) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๗) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๘) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonsithammarat.go.th หรือ www.thungsonghospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๔๑ ๐๑๐๑ ต่อ ๑๑๕๗,๑๑๖๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐

(นายอภิชาต วชิรพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออโธปอดิกส์
โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความต้องการ เตียงผ่าตัดเพื่อการศัลยกรรมและดึงรั้งกระดูก ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ ใช้ในงานผ่าตัดและดึงรั้งกระดูก สามารถจัดท่าของเตียงให้เหมาะสมและทำการผ่าตัดได้สะดวก

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นเตียงผ่าตัดระบบอิเลคโทรเมคคานิค (Electromechanic)

๓.๒ สามารถปรับท่าด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย (Corded Handset)

๓.๓ มีชุดควบคุมการทำงานที่เสาเตียง (Standby Control Panel) ซึ่งสามารถใช้เป็นระบบขับเคลื่อนฉุกเฉินในกรณีที่แบตเตอรี่หลักหรือรีโมทคอนโทรลชนิดมีสายมีปัญหา เพื่อให้เตียงสามารถใช้งานได้ตามปกติ

๓.๔ มีแบตเตอรี่อยู่ภายในฐานเตียงอย่างน้อย ๒ ชุดซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ชุดละ ๑๒ โวลท์ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์แปลงไฟพ่วงต่อภายนอก และมีสัญลักษณ์แสดงระดับแบตเตอรี่ที่รีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย

๓.๕ ฐานเตียงมีล้ออย่างน้อย ๒ ชุด คือระบบล้อตรงและล้อหมุน เพื่อให้เตียงสามารถเคลื่อนที่ในแนวตรงเพียงอย่า เดียวหรือเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง

๓.๖ มีระบบเบรค ซึ่งสามารถหยุดเตียงอย่างได้มั่นคง

๓.๗ เบาะปูเตียงเป็นชนิด Visco elastic foam ที่หล่อออกมาเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยเย็บหรือตะเข็บใดๆ สามารถกันน้ำและทำความสะอาดได้ง่าย

๓.๘ มีอุปกรณ์ประกอบสำหรับการผ่าตัดดึงรั้งกระดูก Extension device unit (Traction Beam)

๓.๙ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ กิโลกรัม

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ส่วนที่หุ้มฐานเตียงและพื้นเตียงเป็นวัสดุ ABS Plastic ทำให้ทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย

๔.๒ พื้นเตียงแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนหลัง ส่วนสะโพก และส่วนขา พื้นเตียงสามารถให้แสง X-Ray ผ่านได้

๔.๓ ส่วนหัว (Head Section) สามารถปรับขึ้นและลงได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา

๔.๔ ส่วนขาแบ่งเป็น ๒ ชิ้น และสามารถถอดออกไปจาก ตัวเตียงได้

๔.๕ ส่วนสะโพก มีส่วนเว้าที่สามารถถอดออกมาได้ทั้ง ๒ ด้าน (ซ้าย-ขวา) เพื่อการใส่ Nail หรือซ่อมสะโพก ในท่า Supine โดยไม่ติดข้างเตียง สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง C-Arm ได้เป็นอย่างดี และในกรณีที่จะใช้เป็น Sacral upport มีช่องสำหรับใส่ Perineal Post ๒ ตำแหน่ง เพื่อทำให้สะโพกคนไข้หันไปทาง ซ้ายหรือทางขวา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายเชาว์คณ แซ่เฮง)
นายแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสุพิณยา มหาสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวขวัญฤทัย ชูจันทร์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๔.๖ ตัวเตียง...../๒

๔.๖ ตัวเตียงมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐ มม. (ไม่รวมราวข้างเตียง) และยาวไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ มม.

๔.๗ สามารถปรับท่าและควบคุมการทำงานของเตียงได้ด้วยรีโมทคอนโทรล ดังนี้

๔.๗.๑ ปรับความสูงของพื้นเตียงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ มิลลิเมตร และปรับลงต่ำได้ต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๖๗๐ มิลลิเมตร (ไม่รวมความหนาของเบาะ)

๔.๗.๒ ปรับเอียงด้านหัวต่ำ (Trendelenburg) ได้ไม่น้อยว่า ๓๕ องศา

๔.๗.๓ ปรับเอียงปลายเตียงต่ำ (Reverse Trendelenburg) ได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ องศา

๔.๗.๔ ปรับเตียงเอียง ซ้าย – ขวา ได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ องศา

๔.๗.๕ ปรับพื้นเตียงส่วนลำตัวด้านบนและลำตัวด้านล่างให้เป็นมุมงอลง (Flexion) ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศาและมุมงอขึ้น (Extension) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ องศา

๔.๗.๖ สามารถปรับกลับมาที่ตำแหน่งมาตรฐาน (Zero position) ได้ด้วยระบบไฟฟ้า โดยกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ ที่สำหรับจับอุปกรณ์ประกอบการผ่าตัดเข้ากับข้างเตียง (ACCESSORY CLAMPS)	จำนวน ๓ ชิ้น
๕.๒ สายรัดตัวผู้ป่วย (PATIENT RESTRAINT STRAP)	จำนวน ๑ ชิ้น
๕.๓ อุปกรณ์วางแขนผู้ป่วยพร้อมเบาะ (ARM BOAED)	จำนวน ๒ ชิ้น
๕.๔ ที่บังผู้ป่วยสำหรับแพทย์วิสัญญี (ANAESTHETIC SCREEN)	จำนวน ๑ ชิ้น
๕.๕ อุปกรณ์กั้นหว่างขาผู้ป่วย (Perineal post with pad)	จำนวน ๑ ชิ้น
๕.๖ ชุดรองรับขาชนิดขาแยก (Divided leg section)	จำนวน ๑ คู่
๕.๗ ส่วนต่อสำหรับการดึงรั้งกระดูก (ORTHOPAEDIC TRACTION SET) ประกอบด้วย	จำนวน ๒ ชุด
๕.๗.๑ Traction Beam	จำนวน ๒ ชิ้น
๕.๗.๒ Traction Unit	จำนวน ๒ ชิ้น
๕.๗.๓ Offset Traction Carrier	จำนวน ๒ ชิ้น
๕.๗.๔ Intermediate Knuckles	จำนวน ๒ ชิ้น
๕.๗.๕ Secondary clamp	จำนวน ๒ ชิ้น
๕.๗.๖ Accessories slider	จำนวน ๒ ชิ้น
๕.๗.๗ Orthopaedic Boots (Large)	จำนวน ๒ ชิ้น

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเชาว์คณ แซ่เฮง)
นายแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสุพิณยา มหาสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวขวัญฤทัย ชูจันทร์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๖. เงื่อนไข...../๓

๖.เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาอังกฤษตัวจริง ๑ ฉบับ และภาษาไทย ๑ ฉบับ

๖.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพซ่อมและเปลี่ยนแปลงอะไหลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันตรวจรับพัสดุ

๖.๓ หากเกิดการขัดข้องใดๆจากการใช้งานผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน (นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง) และถ้าหากมีการแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ขายต้อง ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๕.๔ ผู้ขายต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตพร้อมอบรมการใช้งานเครื่องและการดูแลรักษาเครื่องแก่แพทย์/พยาบาล และเจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี

๕.๕ ต้องเป็นเตียงใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๖ มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ความแม่นยำในระยะรับประกันทุก ๖ เดือน เป็นอย่างน้อยจนกว่าจะหมดประกัน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายเชาว์คณ แซ่เฮง)
นายแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสุพิณยา มหาสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวขวัญฤทัย ชูจันทร์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออโธปิดิกส์
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - Bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บัญชีรายการครุภัณฑ์ของสำนักบริหารสาธารณสุข

๔.๒ สืบราคาจากท้องตลาด

๔.๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายเชาว์คณ	แซ่เฮง	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสุพิณยา	มหาสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวขวัญฤทัย	ชูจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายเชาว์คณ แซ่เฮง)
นายแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสุพิณยา มหาสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวขวัญฤทัย ชูจันทร์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ