สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นศ.๐๐๓๒.๒๐๑/ว ๑๓๗๖ โรงพยาบาลทุ่งสง
อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งเอกสารจ้างซ่อมเครื่องตรวจลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชุดหัว Probe B-scan

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเทคจำกัด , กรรมการผู้จัดการบริษัทอาร์เอ็กซ์ จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซนต์เมดิคอล มีเดีย จำกัด , กรรมการผู้จัดการบริษัทรีเนาว์เทคนิคัล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมเครื่องตรวจลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลทุ่งสงมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทจ้างซ่อมเครื่องตรวจลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชุดหัว Probe B-scan ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ที่กลุ่มการพยาบาล คลีนิคตา โรงพยาบาลทุ่งสง

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่น ซองเอกสารเสนอราคาได้ที่งานพัสดุ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งสง ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๑-๐๑๐๐ ต่อ ๑๑๖๔ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ กำหนดพิจารณาผลในวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กโรงพยาบาลทุ่งสงควนไม้แดง ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ หมู่ที่ ๗ ถนนทุ่งสง – สุราษฎร์ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน.

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาต วชิรพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง

งานพัสดุ กลุ่มภารกิจอำนวยการ
โทร. ๐-๗๕๔๑-๐๑๐๐ ต่อ ๑๑๖๔
โทรสาร ๐-๗๕๔๑-๐๑๒

หน.จนท.พัสดุ.....ตรวจ

จนท.พัสดุ.....ร่าง/พิมพ์

คุณลักษณะเฉพาะ

ชุดหัว Probe B-scan สำหรับเครื่องตรวจลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

๑. **ความต้องการ** หัว Probe B-scan สำหรับเชื่อมต่อเครื่อง US-๔๐๐๐

๒. **วัตถุประสงค์การใช้งาน** ใช้ตรวจอวัยวะภายในลูกตาแบบคลื่นเสียง ชนิด B-scan

๓. **คุณสมบัติทั่วไป**

๓.๑ สามารถใช้เชื่อมต่อกับเครื่องตรวจลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ Nidek รุ่น US-๔๐๐๐ ได้

๔. **คุณสมบัติทางเทคนิค**

๔.๑ หัว Probe B-scan มีความถี่ ๑๐MHz

๔.๒ ความกว้างของ มุม Scan ๖๐ องศา

๔.๓ เชื่อมต่อกับเครื่องตรวจลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ Nidek รุ่น US-๔๐๐๐ ได้

๕. **อุปกรณ์มาตรฐานประกอบการใช้งาน** ดังนี้

๕.๑ หัว Probe B-scan สำหรับเชื่อมต่อ ๑ ชุด

๖. **เงื่อนไขเฉพาะ**

๖.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพซ่อมและเปลี่ยนแปลงอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับจากวันตรวจรับ

๖.๒ ในระหว่างระยะเวลาประกันต้องมีการดำเนินการตรวจเช็คสภาพและการทำงานของเครื่องอย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง (ตั้งแต่วันติดตั้งเครื่องแล้วเสร็จ)

๖.๓ หากเกิดการขัดข้องใดๆจากการใช้งานผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน (นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง) และถ้าหากมีการแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ขายต้องดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๖.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายและการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องรุ่นที่เสนอมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี มาแสดงในวันยื่นเอกสารทางเทคนิค

๖.๕ มีหนังสือรับรองว่ามีอะไหล่สำรองในการซ่อมบำรุงและขายในท้องตลาดไม่น้อยกว่า๕ ปีมาแสดงในวันยื่นซองเอกสารทางเทคนิค

๖.๖ ผู้ขายต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตการใช้งานเครื่องและการดูแลรักษาเครื่องแก่แพทย์/พยาบาล และเจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี

๖.๗ ต้องเป็นอะไหล่ใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายวิรุต หนูขาว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางพรทิพย์ บุญญานุพงศ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางจิตติมา ตันติพุฒิกุล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องตรวจลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชุดหัว Probe B-scan ด้วยวิธีการตกลงราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๐๐๐.-บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)สืบราคาจากท้องตลาด

๔.๑ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

๔.๓ บริษัทแท็บวัน จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.นายวิรุต	หนูขาว	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางพรทิพย์	บญญานุพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางจิตติมา	ตันติพุฒิกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายวิรุต หนูขาว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางพรทิพย์ บุญญานุพงศ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางจิตติมา ตันติพุฒิกุล)