บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร ๐ ๗๕๕๒ ๑๓๓๓ ต่อ ๖๐๑,๖๐๕

ที่ นศ ๐๐๓๓.๒๐๑(๐๘)/ ๔๔๖๑๙ **วันที่** ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุสำหรับประกวดราคาซื้อชุดสกรูชนิดหัวล็อค จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลาได้รับมอบอำนาจ)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๐๕๕๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางจัดซื้อชุดสกรูชนิดหัวล็อค จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้แก่โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางของชุดสกรูชนิดหัวล็อค จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโดยใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาดตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จัดซื้อโดยคณะกรรมการ กำหนดจากผู้มีอาชีพขาย จำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดมากำหนดเป็นราคากลาง ในการจัดซื้อ คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการแพทย์ดังกล่าว มีบริษัทผู้ขายสามารถเข้าเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย ดังนี้

๒.๑ บริษัทแอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูชั่นจำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.๒ บริษัท เมดิคเทค อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๒,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒.๓ บริษัท เมโทร เมดิคอลจำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๒,๙๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ข้อพิจารณา.../๒

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดสกรูชนิดหัวล็อค จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น คิดเป็นราคากลาง เป็นเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในการดำเนินการจัดซื้อครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายรุ่งวิทย์ ตัญจพัฒน์กุล)
ประธานกรรมการ

(นางประภาวี ภู่ภูมิรัตน์)
กรรมการ

(นายอุทัย บัวเผื่อน)
กรรมการ

เห็นชอบ

(นายฉัตรชัย พิริยประกอบ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ชุดสกรูชนิดหัวล็อค จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น
โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ

ประกวดราคาซื้อชุดสกรูชนิดหัวล็อค จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลท่าศาลา ได้รับจัดสรรแผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายการชุดสกรูชนิดหัวล็อค จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น

๑.๓ วัตถุประสงค์

สำหรับยึดดามกระดูกที่หัก จากการบาดเจ็บหรือจากโรคโดยเป็นการหักชนิดที่ไม่มั่นคงกระดูกอาจทรุดหรือ เป็นการบาดเจ็บที่เกิดขั้นรุนแรง และรูปแบบการหักที่ซับซ้อน

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่น.../๒

(นายรุ่งวิทย์ ตัญจพัฒน์กุล)
ประธานกรรมการ

(นางประภาวี ภู่ภูมิรัตน์)
กรรมการ

(นายอุทัย บัวเผื่อน)
กรรมการ

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้วซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม.../๓

(นายรุ่งวิทย์ ตัญจพัฒน์กุล)
ประธานกรรมการ

(นางประภาวี ภูภูมิรัตน์)
กรรมการ

(นายอุทัย บัวเผือน)
กรรมการ

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. <u>คุณสมบัติทั่วไป</u>

๓.๑. เป็นวัสดุทางการแพทย์ใช้สำหรับยึดตรึงกระดูกให้ติดกัน

๓.๒. ทำด้วยโลหะชนิด Titanium (Ti๖AL๔V) สามารถใช้ร่วมกับร่างกายมนุษย์ได้

๓.๓. สามารถนึ่งอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ โดยไม่เสื่อมคุณภาพ

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๔ สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (Locking Screw)

สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (Locking Screw) ประกอบด้วย

๔.๔.๑ สกรูยึดแผ่นโลหะขนาด ๑.๕ มิลลิเมตร (VA Locking Screw Star-dive ๑.๕ MM.)
หัวสกรูแบบสตาร์ไดร์ มีความยาวตั้งแต่ ๖-๒๐ มิลลิเมตร โดยเพิ่มขึ้นขนาดละ ๒ มิลลิเมตร

๔.๔.๒ สกรูยึดแผ่นโลหะขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร (VA Locking Screw Star-dive ๒.๐ MM.)
หัวสกรูแบบสตาร์ไดร์ มีความยาวตั้งแต่ ๖-๓๐ มิลลิเมตร โดยเพิ่มขึ้นขนาดละ ๒ มิลลิเมตร

๔.๔.๓ สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อค ขนาด ๒.๔ มิลลิเมตร (Locking Screw ๒.๔ mm.) สกรูมีเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒.๔ มิลลิเมตร หัวสกรูขนาด ๓.๔ มิลลิเมตร ร่องหัวสกรูแบบดาว (Star Dive) สกรู มีขนาด ยาว ๘-๓๐ มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย โดยเพิ่มขึ้นขนาดละ ๒ มิลลิเมตร

๔.๔.๔ สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อค ขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร (Locking Screw ๓.๕ mm.) สกรูสามารถไขเข้าไปในกระดูกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวก่อน (Self-tapping) หัวสกรูขนาด ๔.๘ มิลลิเมตร หัวสกรูมีร่องแบบหกเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร สกรูมีความยาว มีความยาวตั้งแต่ ๑๒-๙๐ มิลลิเมตร โดยความยาว ๑๒-๔๐ เพิ่มขึ้นขนาดละ ๒ มิลลิเมตร และ ความยาว ๔๐-๙๐ มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นขนาดละไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร

๔.๔.๕ สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อค ขนาด ๕.๐ มิลลิเมตร (Locking Screw ๕.๐ mm.) สกรูสามารถไขเข้าไปในกระดูกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวก่อน (Self-tapping) หัวสกรูขนาด ๖.๕ มิลลิเมตร หัวสกรูมีร่องแบบหกเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๐ มิลลิเมตร สกรูมีความยาว มีความยาวตั้งแต่ ๑๖-๙๐ มิลลิเมตร โดยความยาว ๑๖-๕๐ เพิ่มขนาดละ ๒ มิลลิเมตร และ ความยาว ๕๕-๙๐ มิลลิเมตร เพิ่มขนาดละไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร

๔.๕ สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวไม่ล็อค (Cortical Screw)

๔.๕.๑ สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวไม่ล็อค (Cortical Screw) ขนาด ๒.๗ มิลลิเมตร
สกรูสามารถไขเข้าไปในกระดูกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวก่อน (Self-tapping) หัวสกรูขนาด ๒.๗ มิลลิเมตร สกรูมีความยาวตั้งแต่ ๑๒-๑๘ มิลลิเมตร หัวสกรูมีลักษณะเป็นรูปดาว (Star dive)

๔.๕.๒ สกรู.../๔

(นายรุ่งวิทย์ ตัญจพัฒน์กุล)
ประธานกรรมการ

(นางประภาวี ภู่ภูมิรัตน์)
กรรมการ

(นายอุทัย บัวเผือน)
กรรมการ

๔.๕.๒ สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวไม่ล็อค (Cortical Screw) ขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร
สกรูสามารถไขเข้าไปในกระดูกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวก่อน (Self-tapping) หัวสกรู ขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร สกรูมีความยาวตั้งแต่ ๑๒-๕๐ มิลลิเมตร โดยเพิ่มขึ้นขนาดละ ๒ มิลลิเมตร หัวสกรูมีลักษณะเป็นแบบหกเหลี่ยม (Hexagonal)

๔.๕.๓ สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวไม่ล็อค (Cortical Screw) ขนาด ๔.๕ มิลลิเมตร
สกรูสามารถไขเข้าไปในกระดูกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวก่อน (Self-tapping) หัวสกรู ขนาด ๔.๕ มิลลิเมตร สกรูมีความยาวตั้งแต่ ๒๐-๕๐ มิลลิเมตร โดยเพิ่มขึ้นขนาดละ ๒ มิลลิเมตร หัวสกรูมีลักษณะเป็นแบบหกเหลี่ยม (Hexagonal)

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นวัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีคุณภาพรับรอง CE Mark, ISO๑๓๔๘๕ เป็นอย่าง น้อย และได้รับการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

๕.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓ ผ่านการประเมินของแพทย์ในกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาล

๕.๔ วัสดุที่เสนอราคาสามารถใช้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทางโรงพยาบาลมีใช้อยู่ได้

๕.๕ ผู้ขายต้องให้ยืมเครื่องมือไว้ในโรงพยาบาล ๑ ชุด และสำรองเพิ่มเติมตามต้องการ

๕.๖ ทางบริษัทต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตการใช้เครื่องมือก่อนผ่าตัด และดูแลเครื่องมือระหว่างทำผ่าตัด

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๕. งวดงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลท่าศาลา จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลท่าศาลาได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงพยาลท่าศาลาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้ โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง

(นายรุ่งวิทย์ ตัญจพัฒน์กุล)
ประธานกรรมการ

(นางประภาวี ภู่ภูมิรัตน์)
กรรมการ

(นายอุทัย บัวเผื่อน)
กรรมการ

แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** จัดซื้อชุดสกรูชนิดหัวล็อค จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.**วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** ณ วันที่ ๒ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. **แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๕.๑ บริษัทแอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูชั่นจำกัด

๕.๒ บริษัท เมดิคเทค อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๓ บริษัท เมโทร เมดิคอล จำกัด

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน**

๖.๑ ..... ประธานกรรมการ

(นายรุ่งวิทย์ ตัญจพัฒน์กุล)

๖.๒ ..... กรรมการ

(นางประภาวี ภู่ภูมิรัตน์)

๖.๓ ..... กรรมการ

(นายอุทัย บัวเผื่อน)