ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เปลนอนสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓๐ คัน

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. **แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** จากการสืบราคาจากท้องตลาด

๕.๑ SNK MEDICAL

๕.๒ หจก. แกรนด์ ฮอสพิทอล ซัพพลายเออร์

๕.๓ บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน**

๖.๑ นายพงศ์ธร จันทเตมีย์ นายแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการฯ

๖.๒. นางสาวสุวาณี ณ นคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

๖.๓. นายชาญชัย ยอดดี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์การแพทย์ เปลนอนสำหรับผู้ป่วย
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

.....

๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เปลนอนสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓๐ คัน เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อให้การหมุนเวียนใช้เปลมีความเพียงพอกับการบริการ และสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๓. ขอบเขตของงาน

๓.๑ คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑.๑ เป็นรถเข็นเปลนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๓.๑.๒ เปลนอนมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. ทำด้วยท่อสเตนเลส กลมขนาด ๑ นิ้ว x หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ปูด้วยแผ่นสเตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๘ มม.

๓.๑.๓ เปลนอนแบ่งเป็น ๒ ตอน สามารถยกปรับพื้นได้โดยมีที่บังคับพื้นเปลทำด้วยแผ่นสเตสเลส ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. พับขึ้นรูปเพื่อความมั่นคงแข็งแรง พร้อมกับปั๊มร่องเป็นลักษณะฟันปลา เพื่อปรับระดับศรีษะได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ และมีตัวบังคับในการปรับระดับด้านศรีษะให้อยู่ในตำแหน่งและไม่เลยระดับที่ต้องการ โดยตัวบังคับนี้ทำด้วยสเตนเลสแบนขนาด ๑/๒ นิ้ว และความหนาไม่น้อยกว่า ๑/๘ นิ้ว พับขึ้นรูปโดยไม่มีรอยเชื่อมแต่อย่างใด ข้อต่อที่ใช้ยึดตัวเปลทั้ง ๒ ส่วน (ส่วนศรีษะและส่วนท้าย) ทำด้วยแผ่นสเตนเลสขนาด ๓/๔ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑/๘ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น นำมาเชื่อมติดกัน พื้นเปลทำด้วยแผ่นสเตนเลสความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. และท่อสเตนเลส กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.

๓.๑.๔ โครงรถเข็นเปลทำด้วยท่อกลมสเตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑/๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ซม. สูงทั้งหมด ๘๐ ซม. (ความสูงรวมล้อและที่นอน)

๓.๑.๕ มีล้อเป็นยางตันแบบแป้นหมุนได้รอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. สามารถล๊อกได้ ๔ ล้อ และมีที่บังคับล้อวิ่งตรงได้ไม่น้อยกว่า ๒ ล้อ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพงศ์ธร จันทเตมีย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุวาณี ณ นคร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญชัย ยอดดี)

๒/๓.๑.๖ อุปกรณ์....

๓.๑.๖ อุปกรณ์รถเข็นประกอบด้วย

๓.๑.๖.๑ เสาแขวนน้ำเกลือ ๒ ขอ สามารถพับเก็บได้ทำด้วยท่อสเตนเลสกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งไว้ด้านข้างรถเข็น มีถาดวางของด้านใต้รถเข็น ทำด้วยแผ่นสเตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๘ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. จำนวน ๑ ใบ

๓.๑.๖.๒ มีที่วางท่ออ๊อกซิเจนขนาด ๐.๕ คิว จำนวน ๑ ที่ ติดตั้งไว้ใต้เปลนอน ทำด้วยท่อ สเตนเลสกลม ขนาด ๑ นิ้ว และ เพลาสเตนเลส ขนาด ๕/๑๖ นิ้ว และแบนสเตนเลส ขนาด ๓/๔ นิ้ว พร้อมตัวล๊อกท่ออ๊อกซิเจน

๓.๑.๖.๓ มีราวกั้นป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยตก เป็นราวกั้นลูกกรงแบบสไลด์ขึ้น-ลง ลูกกรงมีช่องห่างระยะประมาณ ๑๕ ซม. ทำด้วยท่อสเตนเลสกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗/๘ นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๔ นิ้ว ขนาดราวกั้นกว้าง ๔๕ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ คู่

๓.๑.๖.๔ มีที่นอนฟองน้ำอัดขนาดเหมาะกับพื้นเปลนอน ความหนา ๒ นิ้ว หุ้มผ้าหนังเทียม จำนวน ๑ ที่

๓.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๒.๑ รับประกันคุณภาพสินค้า ๒ ปี

๓.๒.๒ มีบริการติดตั้งและซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่าในระยะประกัน

๓.๒.๓ มีหมายเลขโทรศัพท์เพื่อปรึกษาหรือแจ้งซ่อมที่สามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ติดไว้บริเวณที่สามารถสังเกตสังเกตเห็นได้ง่าย

๓.๒.๔ กรณีสินค้ามีปัญหา เมื่อทางโรงพยาบาลแจ้งไปผู้ขายจะต้องติดต่อกลับมาภายใน ๔๘ ชั่วโมง และจัดส่งช่างมาทำการตรวจเช็คแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน ถ้าซ่อมแซมแล้วใช้ไม่ได้ภายใน ๗ วัน ทางผู้ขายต้องแจ้งให้โรงพยาบาลฯ ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงาน จนกว่างานซ่อมจะแล้วเสร็จ

๓.๒.๕ ผู้ขายต้องติดตั้งสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ พร้อมอธิบายการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้ดีในวันส่งมอบ

๓.๒.๖ ผู้ขายต้องตรวจเช็คบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในระยะประกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีเอกสารรับรอง ซึ่งผู้ขายต้องมีแผนการปฏิบัติงานในการบำรุงรักษามาแสดงในวันส่งมอบสินค้า

๔. ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษา และการรับประกัน

ผู้ขายรับประกันคุณภาพสินค้า รวมอุปกรณ์อะไหล่ จากการใช้งานปกติ นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า เป็นเวลา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพงศ์ธร จันทเตมีย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุวาณี ณ นคร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญชัย ยอดดี)

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาจากเกณฑ์ ราคารวม ที่เสนอไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยไม่คิดมูลค่าเพิ่ม

๖. ระยะเวลาส่งมองงาน

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. งบประมาณ

ด้วยเงินบำรุง (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. ข้อกำหนดในการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายจะตกลงที่จะจ่ายเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งของครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อย

๙. วิธีจัดหา

ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพงศ์ธร จันทเตมีย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุวาณี ณ นคร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญชัย ยอดดี)