ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

๑. ชุดเจาะคอ	จำนวน ๔ ชุด
๒. ชุดผ่าเส้นโลหิตผู้ใหญ่	จำนวน ๔ ชุด
๓. ชุดผ่าฝี	จำนวน ๑๐ ชุด
๔. ชุดเจาะกระดูกและตัดชิ้นเนื้อกระดูก	จำนวน ๓ ชุด
๕. ชุดเครื่องมือเจาะปอด	จำนวน ๒ ชุด
๖. ชุดใส่ห่วง	จำนวน ๒ ชุด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๔,๐๕๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๖๕๔,๐๕๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย(ถ้ามี) -

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาจากท้องตลาด

๕.๑ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป

๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเมด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายเอกชัย	ศิริพานิช	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายพงศ์ธร	จันทเตมีย์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายโสภณ	กองสุก	นายช่างเทคนิคชำนาญการ	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

.....

๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความจำเป็นต้องซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อให้อุปกรณ์การแพทย์เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๒. ขอบเขตของงาน

๒.๑ ชุดเจาะคอ จำนวน ๔ ชุด

๒.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑.๑ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ ด้วยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) เพื่อใช้ในงานบริเวณผ่าตัด

๒.๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๑.๒.๑ ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดมีเขี้ยว ๑:๒ ความยาว ๑๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ชิ้น

๒.๑.๒.๒ ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ ๓ จำนวน ๔ ชิ้น

๒.๑.๒.๓ อุปกรณ์หนีบจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ Mayo-Hegarปากเสริมทังสเตนคาร์ไบด์ ความยาวรวม ๑๘๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ชิ้น

๒.๑.๒.๔ คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Micro-Mosquito ชนิดโค้ง ความยาว ๑๒๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒๐ ชิ้น

๒.๑.๒.๕ คีมหนีบห้ามเลือดแบบ micro-Mosquitoชนิดปากตรง ความยาว ๑๒๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ชิ้น

๒.๑.๒.๖ เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Senn-Miller ชนิดเขี้ยวทู่ ความยาว ๑๖๐ มิลลิเมตร จำนวน ๘ ชิ้น

๒.๑.๒.๗ กรรไกรตัดไหมแบบ Standard ปากตรง ปลายแหลม/ปลายแหลม ความยาวรวม ๑๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ชิ้น

๒.๑.๒.๘ ถาดล้างแผลสแตนเลสชนิด ๓ หลุม จำนวน ๔ ชิ้น

๒.๒ ชุดผ่าเส้นโลหิตผู้ใหญ่ จำนวน ๔ ชุด

๒.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๒.๒.๑ อุปกรณ์ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง

๒.๒.๒.๒ เครื่องมือสามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ(Auto Clave) โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

๒.๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๒.๒.๑ คีมหนีบห้ามเลือดมุม ๙๐ องศา (Right Angled) แบบ Gemini ความยาว ๑๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๖ ชิ้น

๒.๒.๒.๒ กรรไกรตัดไหมแบบ Standard ปากตรง ปลายแหลม/ปลายแหลม ความยาวรวม ๑๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ชิ้น

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายเอกชัย ศิริพานิช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศ์ธร จันทเตมีย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ กองสุก)

๒.๒.๒.๓ เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดแบบ Senn-Miller ชนิดเขี้ยวทู่ ความยาว ๑๖๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ชิ้น

๒.๒.๒.๔ อุปกรณ์หนีบจับเช็มเย็บแผลด้ามทองแบบ Mayo-Hegarปากเสริมทังสเตนคาร์ไบด์ความยาวรวม ๑๘๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ชิ้น

๒.๒.๒.๕ ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ ๓ จำนวน ๔ ชิ้น

๒.๒.๒.๖ อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Adson ไม่มีเขี้ยว ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ชิ้น

๒.๒.๒.๗ อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ Adson มีเขี้ยว ๑:๒ ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ ชิ้น

๒.๒.๒.๘ ถาดล้างแผนสแตนเลสชนิด ๓ หลุม จำนวน ๔ ชิ้น

๒.๓ <u>ชุดผ่าฝี จำนวน ๑๐ ชุด</u>

๒.๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๓.๑.๑ อุปกรณ์ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง

๒.๓.๑.๒ เครื่องมือสามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ(Auto Clave) โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

๒.๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๓.๒.๑ ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดมีเขี้ยว ๑:๒ ความยาว ๑๓๐ มิลลิเมตรจำนวน ๑๐ ชิ้น

๒.๓.๒.๒ ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดไม่มีเขี้ยว ความยาว ๑๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น

๒.๓.๒.๓ คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Micro-Mosquito ชนิดปากตรง ความยาว๑๒๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น

๒.๓.๒.๔ คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Micro-Mosquito ชนิดโค้ง ความยาว ๑๒๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น

๒.๓.๒.๕ ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ ๓ จำนวน ๑๐ ชิ้น

๒.๓.๒.๖ อุปกรณ์ขูดเนื้อเยื่อกระดูกแบบ Volkmann ปาก ๒ ด้าน ขนาด ๖.๒ และ ๗.๕ มิลลิเมตร ความยาว ๑๗๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น

๒.๓.๒.๗ เครื่องมือหยั่งแผล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร ความยาว ๑๘๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น

๒.๓.๒.๘ กรรไกรตัดไหมตรง ปลาย ทู่ /ทู่ ความยาว ๑๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น

๒.๓.๒.๙ ขันใส่น้ำยา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น

๒.๓.๒.๑๐ ขันใส่น้ำยา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น

๒.๓.๒.๑๑ ถาดล้างแผนสแตนเลสชนิด ๓ หลุม จำนวน ๑๐ ชิ้น

๒.๔ <u>ชุดเจาะกระดูกและตัดชิ้นเนื้อกระดูก จำนวน ๓ ชุด</u>

๒.๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๔.๑.๑ อุปกรณ์ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง

๒.๔.๑.๒ เครื่องมือสามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ(Auto Clave) โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

ลงชื่อ.....ประธานฯ (นายเอกชัย ศิริพานิช)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายพงศ์ธร จันทเตมีย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายโสภณ กองสุก)

๒.๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๔.๒.๑ อุปกรณ์ดูดและเจาะเนื้อเยื่อไขกระดูกสำหรับส่งตรวจ เบอร์ ๑๑ G จำนวน ๓ ชิ้น

๒.๔.๒.๒ อุปกรณ์ดูดและเจาะเนื้อเยื่อไขกระดูกสำหรับส่งตรวจ เบอร์ ๑๖ G จำนวน ๓ ชิ้น

๒.๔.๒.๓ ถาดล้างแผลสแตนเลส ชนิด๓หลุม จำนวน ๓ ชิ้น

๒.๕ ชุดเครื่องมือเจาะปอด จำนวน ๒ ชุด

๒.๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๕.๑.๑ อุปกรณ์ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง

๒.๕.๑.๒ เครื่องมือสามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ(Auto Clave) โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

๒.๕.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๕.๒.๑ ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดไม่มีเขี้ยว ความยาว ๑๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๕.๒.๒ ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดมีเขี้ยว ๑:๒ ความยาว ๑๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๕.๒.๓ ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ ๓ จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๕.๒.๔ อุปกรณ์หนีบจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ Mayo-Hegar ปากเสริมทังสเตนคาร์ไบด์ ความยาวรวม ๑๘๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๕.๒.๕ คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Micro-Mosquito ชนิดโค้ง ความยาว ๑๒๐ มิลลิเมตรจำนวน ๖ ชิ้น

๒.๕.๒.๖ คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Micro-Mosquito ชนิดปากตรง จำนวน ๒ ชิ้น ขนาดความยาว ๑๒๐ มิลลิเมตร

๒.๕.๒.๗ กรรไกรตัดไหมตรง ปลาย ทู่ /ทู่ ความยาว ๑๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๕.๒.๘ กรรไกรตัดไหมแบบ Standard ปากตรง ปลายแหลม/ปลายแหลม ความยาวรวม ๑๔๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๕.๒.๙ ถาดล้างแผลสแตนเลสชนิด๓หลุม จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๖ ชุดเครื่องมือเจาะปอด จำนวน ๒ ชุด

๒.๖.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๖.๑.๑ อุปกรณ์ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง

๒.๖.๑.๒ เครื่องมือสามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ(Auto Clave) โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

๒.๖.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๖.๒.๑ คีมหนีบจับสำลีและก๊อซแบบ Foerster Forceps ปลายตรง ขนาด ๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๖.๒.๒ คีมหนีบจับลำไส้และเนื้อเยื่อแบบ Allis มีเขี้ยว ๕:๖ ความยาว ๑๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๖.๒.๓ เครื่องมือหยั่งมดลูก แบยSims ปลายดัดได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มิลลิเมตร ความยาว ๓๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายเอกชัย ศิริพานิช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศ์ธร จันทเตมีย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ กองสุก)

๒.๖.๒.๔ กรรไกรตัดเลาะเนื้อเยื่อแบบ Metzenbaum ปากโค้ง ปลายป้าน/ปลายป้าน ความยาวรวม ๒๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๖.๒.๕ ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Standard ชนิดไม่มีเขี้ยว ความยาว ๒๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๖.๒.๖ เครื่องถ่างขยายปากมดลูก แบบ Cusco ขนาดใบถ่าง ๘๕x๓๗ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๖.๒.๗ กรรไกรตัดไหมแบบ Standard ปากตรง ปลายป้าน/ป้าน ความยาว ๑๖๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๒.๖.๒.๘ ถ้วยน้ำยาไอโอดีน ขนาด ๖ ออนซ์ จำนวน ๒ ชิ้น

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๓.๑ เป็นสินค้าใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน

๔.๓.๒ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาสำหรับผู้ใช้

๔.๓.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นซองเอกสารทางเทคนิค

๔.๓.๕ ผู้ขายจะต้องทำเครื่องหมายหัวข้อและตรรชนีลงในแคตตาล็อกให้ตรงกับหัวข้อกำหนดของโรงพยาบาล

๔.๓.๖ กรณีสินค้ามีปัญหา เมื่อทางโรงพยาบาลแจ้งไปผู้ขายจะต้องติดต่อกลับมาภายใน ๒๔ ชั่วโมง และจัดส่งช่างมาทำการตรวจเช็คแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๓ วัน ถ้าซ่อมแซมแล้วใช้ไม่ได้ภายใน ๗ วัน ทางผู้ขายต้องนำสินค้าที่มีคุณสมบัติดีกว่าหรือเทียบเท่ามาติดตั้งให้ทางโรงพยาบาลใช้งานจนกว่าจะ ซ่อมแซมแล้วเสร็จ และหากผู้ขายได้ทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายต้องนำสินค้าใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่มีเงื่อนไข

๔.๓.๗ ผู้ขายต้องติดตั้งสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดีในวันส่งมอบ

๔. ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษา และการรับประกัน

ผู้ขายรับประกันคุณภาพสินค้า อุปกรณ์โครงสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาจากเกณฑ์ ราคารวม ที่เสนอ

๖. ระยะเวลาส่งมองงาน

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. งบประมาณ

เงินหมวดอุดหนุน งบศูนย์แพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๔,๐๕๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายเอกชัย ศิริพานิช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศ์ธร จันทเตมีย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ กองสุก)

๘. ข้อกำหนดในการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายจะตกลงที่จะจ่ายเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งของครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๙. วิธีจัดหา

ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายเอกชัย ศิริพานิช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศ์ธร จันทเตมีย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ กองสุก)